

Tuszyn, 21 maja 2026 r.

SPZ: 241/2026

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert na „Zakup, dostawę oraz instalację LASERA YAG”

**Odpowiedzi dotyczące:** Projektu umowy na dostawę urządzeń medycznych oraz formy i terminu składania ofert

**1. Pytanie dot. § 5 pkt. 7 ppkt. f**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na usunięcie usterki do 48 godzin?

W odpowiedzi na pytanie dotyczące § 5 pkt 7 ppkt f informujemy, że **Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji na usunięcie usterki do 48 godzin.**

**2. Pytanie dot. § 5 pkt. 7 ppkt. f**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu godzin „roboczych”?

W odpowiedzi na pytanie dotyczące § 5 pkt 7 ppkt f informujemy, że **Zamawiający zmieni zapis w umowie na „f) czas reakcji na usunięcie usterki maksymalnie 48 godzin (2 dni robocze)”**

**3. Pytanie dot. § 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „Zgłoszenia będą dokonywane mailowo, telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych”?

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia dodatkowego zapisu informujemy, że **Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wskazanego postanowienia o treści:**

**§ 7**

„Zgłoszenia będą dokonywane mailowo, telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 z wyłączeniem dni wolnych”.

**4. Formy i terminu składania ofert**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty podpisanej podpisem elektronicznym?

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że **Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty podpisanej podpisem elektronicznym.**

DYREKTOR  
Samorządowej Przychodni Zdrowia  
w Tuszynie  
*R. Miksa*  
Roman Miksa