

Tuszyn, 22 maja 2026 r.

SPZ: 241/2026

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert na „Zakup, dostawę oraz instalację LASERA YAG”

Odpowiedzi dotyczące: Projektu umowy na dostawę urządzeń medycznych oraz formy i terminu składania ofert

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie lasera wyposażonego w lampę szczelinową o 5 powiększeniach układu optycznego: 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x?

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że **Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w/w lasera, jednakże propozycja ta będzie traktowana jako alternatywna do specyfikacji.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie lasera, w którym szybka zmiana energii możliwa jest za pomocą przełącznika Qswitch wbudowanego w dżojstik? Rozwiązanie to pozwala na zmianę energii bez konieczności odrywania wzroku z toru optycznego podczas laserowania i jest szybszym, bardziej efektywnym rozwiązaniem niż przyciski zlokalizowane w obudowie lampy.

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że **Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w/w lasera, jednakże propozycja ta będzie traktowana jako alternatywna do specyfikacji.**

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
R. Miksa
Roman Miksa